

葡萄糖-6-磷酸(Glucose -6-phosphate, 6PG)含量测定试剂盒说明书

分光光度法 50 管/24 样

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

测定意义：

6PG (Glucose-6-phosphate, 葡萄糖-6-磷酸, 又称 6-磷酸葡萄糖), 是糖酵解和磷酸戊糖途径的中间产物, 广泛存在于动植物体和微生物中。在糖酵解的第一步反应中, 葡萄糖被己糖激酶催化生成葡萄糖-6-磷酸, 然后通过磷酸葡萄糖异构酶的催化形成果糖-6-磷酸, 以继续糖酵解的其它步骤; 而在戊糖磷酸途径中, 葡萄糖-6-磷酸是其第一个底物, 该过程也是生成 NADPH 的主要途径。此外, 葡萄糖-6-磷酸也能转化形成糖原或淀粉而被储存起来。

测定原理：

6-磷酸葡萄糖脱氢酶可催化 6PG 和 NADP^+ 生成 6 磷酸葡萄糖酸和 NADPH, NADPH 在 1-mPMS 的作用下使 WST-8 显橙黄色, 在 450 nm 下测定吸光值。

组成：

产品名称	GC013-50T/24S	Storage
提取液：液体	60 ml	4°C
试剂一：液体	30 ml	4°C
试剂二：粉剂	1 瓶	-20°C
试剂三：液体	3ml	4°C避光
说明书	一份	

自备仪器和用品：

分光光度计、台式离心机、可调式移液器、1ml 玻璃比色皿、研钵、冰、蒸馏水。

6PG 提取：

- 1、细菌或培养细胞：先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 按照细菌或细胞数量 (10^4 个) : 提取液体积 (ml) 为 500~1000: 1 的比例 (建议 500 万细菌或细胞加入 1ml 提取液), 超声波破碎 (冰浴, 功率 20% 或 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次), 8000g, 25°C 离心 10min, 取上清待测。
- 2、组织：按照组织质量 (g) : 提取液体积(ml)为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 组织, 加入 1ml 提取液), 进行冰浴匀浆, 8000g, 25°C 离心 10min, 取上清待测。
- 3、血清 (浆) 等液体样品：直接测定。



测定步骤:

- 1、分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 450nm，蒸馏水调零。
- 2、试剂二的配制：临用前加入 8ml 水充分溶解待用，用不完的试剂分装后-20℃保存；
- 3、工作液的配制：临用前按照样本数量，按以下比例配制工作液

试剂名称 (μl)	测定工作液	对照工作液
试剂一	500	500
试剂二	250	
水		250
试剂三	50	50

样本测定

按下表在比色皿中加入如下试剂

试剂名称 (μl)	测定管	对照管
样本	250	250
测定工作液	750	
对照工作液		750

37℃避光孵育 30min，450nm 下测定吸光值 A 测定与 A 对照， $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ 。每个测定管需设一个对照管。

6PG 含量计算:

1、标准条件下测定回归方程为 $y = 7.7178x - 0.0016$, $R^2 = 0.997$; x 为 6PG 含量 (μmol/ml), y 为吸光值。

2、按照血清(浆)体积计算

$$\begin{aligned} \text{6PG 含量 (nmol/ml)} &= [(\Delta A + 0.0016) \div 7.7178 \times V1] \div V1 \times 1000 \\ &= 129.6 \times (\Delta A + 0.0016) \end{aligned}$$

3、按照蛋白浓度计算

$$\begin{aligned} \text{6PG 含量 (nmol/mg prot)} &= [(\Delta A + 0.0016) \div 7.7178 \times V1] \div (V1 \times Cpr) \times 1000 \\ &= 129.6 \times (\Delta A + 0.0016) \div Cpr \end{aligned}$$

4、按照样品质量计算

$$\begin{aligned} \text{6PG 含量 (nmol/g 鲜重)} &= [(\Delta A + 0.0016) \div 7.7178 \times V1] \div (W \times V1 \div V2) \times 1000 \\ &= 129.6 \times (\Delta A + 0.0016) \div W \end{aligned}$$

3、按照细菌或细胞密度计算

$$\begin{aligned} \text{6PG 含量 (nmol/10}^4 \text{ cell)} &= [(\Delta A + 0.0016) \div 7.7178 \times V1] \div (500 \times V1 \div V2) \times 1000 \\ &= 0.259 \times (\Delta A + 0.0016) \end{aligned}$$

V1: 加入反应体系中样本体积, 0.25ml; V2: 加入提取液体积, 1 ml; Cpr: 样本蛋白质浓度, mg/ml; W: 样本质量, g; 500: 细菌或细胞总数, 500 万; 1000, μmol 到 nmol 的换算系数。

