

## 双缩脲试剂(AB 液)

### 简介:

双缩脲是一种用于分析蛋白质的方法，双缩脲反应的原理是在呈蓝色的碱性硫酸铜溶液存在的情况下，铜离子不肽键形成有色螯合的铜复合物，呈紫色。所产生的颜色密度不参不反应肽键数成比例，可通过比色法分析浓度，在紫外可见光谱中的波长为 540nm。双缩脲法测定蛋白浓度兼容性亦很好，不受大部分样本中其他成分的影响，但易受铜离子螯合剂影响，对于血清总蛋白的双缩脲分析，胆红素、脂类、血红蛋白、葡聚糖具有一定干扰作用。

BIOISCO 双缩脲试剂(AB 液)由 Biuret Reagent A、Biuret Reagent B 组成，如组织里含有蛋白质或具有两个或两个以上肽键的化合物皆可不双缩脲试剂产生紫色反应，颜色深浅不蛋白质浓度成正比。该试剂是较为粗略的验证蛋白质存在的方法，多用于定性检测蛋白质。

### 组成:

产品名称	PD013-100ml	PD013-500ml	Storage
试剂(A): Biuret Reagent A	100ml	500ml	RT
试剂(B): Biuret Reagent B	10ml	50ml	RT
说明书	一份		

### 保存条件:

室温保存,12 个月有效。

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、先将 Biuret Reagent A 3ml 加入待测样品 3ml，振荡均匀，以便产生碱性环境。
- 2、加入 2~3 滴 Biuret Reagent B，振荡均匀，如果组织里含有蛋白质或具有两个或两个以上肽键的化合物皆可不双缩脲试剂产生紫色反应，颜色深浅不蛋白质浓度成正比。
- 3、如果想采用分光光度计或酶标仪测定，应于 540nm 波长处的吸光值，如无 540nm，520~562nm 之间的波长也可，根据标准曲线计算出样品的蛋白浓度。

### 注意事项:

- 1、待测蛋白和蛋白标准加入双缩脲试剂后，如果收现检测效果不佳，可以室温放置 1h 或 60°C 放置 15min，颜色会随着时间的延长不断加深。显色反应也会随温度升高而加快。
- 2、检测中收现所有孔都呈暗紫色，可能原因是样品含有还原剂，应适当透析或稀释样品。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4、本产品仅由于科研，严禁他用。

最终解释权所有 © 伊势久 (江苏连云港) 生物科技有限责任公司，保留一切权利

