

丙酮酸羧化酶 (PC)试剂盒说明书

分光光度法 50 管 48 样

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

测定意义:

丙酮酸羧化酶(pyruvate carboxylase, PC, EC 6.4.1.1)广泛存在于动物、霉菌和酵母的线粒体中, 催化丙酮酸、ATP、CO₂ 和水生成草酰乙酸、ADP 和 Pi, 是糖异生过程的第一个限速酶, 在保证血糖的动态平衡方面起着重要的作用。

测定原理:

PC 催化丙酮酸、ATP、CO₂ 和水生成草酰乙酸、ADP 和 Pi, 苹果酸脱氢酶进一步催化草酰乙酸和 NADH 生成苹果酸和 NAD⁺, 在 340nm 下测定 NADH 氧化速率, 即可反映 PC 活性。

组成:

产品名称	SGD005-50T/48S	Storage
提取液	100ml	4°C
试剂一: 液体	47ml	4°C
试剂二: 液体	32.8μl	4°C
试剂三: 粉剂	1 支	-20°C
试剂四: 粉剂	1 支	-20°C
说明书	一份	

自备仪器和用品:

分光光度计、台式离心机、可调式移液器、1 ml 石英比色皿、研钵、冰和蒸馏水。

样本的前处理:

组织、细菌或细胞中胞浆蛋白与线粒体蛋白的分离:

- 1、称取约 0.1g 组织或收集 500 万细菌或细胞, 加入 1ml 提取液, 用冰浴匀浆器或研钵匀浆。
- 2、将匀浆 600g, 4°C 离心 5min。
- 3、弃沉淀, 将上清液移至另一离心管中, 11000g, 4°C 离心 10min。
- 4、上清液即胞浆提取物, 可用于测定从线粒体泄漏的 PC (此步可选做)。
- 5、在步骤④的沉淀中加入 1ml 提取液, 超声波破碎 (冰浴, 功率 20% 或 200W, 超声 3 秒, 间隔 10 秒, 重复 30 次), 用于线粒体 PC 活性测定。



测定步骤:

- 1、分光光度计预热 30min 以上, 调节波长至 340nm, 蒸馏水调零。
- 2、工作液的配制: 临用前将试剂二和试剂三转移到试剂一中混合溶解待用; 置于 37°C(哺乳动物)或 25°C(其它物种)预热 5 分钟; 用不完的试剂分装后-20°C保存, 禁止反复冻融。
- 3、试剂四的配制: 在试剂四瓶中加入 2.5ml 蒸馏水充分溶解待用; 用不完的试剂分装后-20°C保存, 禁止反复冻融。
- 4、在 1ml 石英比色皿中加入 50 μ l 样本、50 μ l 试剂四和 900 μ l 工作液, 立即混匀, 记录 340nm 处初始吸光值 A1 和 2min 后的吸光值 A2, 计算 $\Delta A=A1-A2$ 。

注意: 在该试剂盒中, 若 ΔA 大于 0.5, 需将样本用提取液稀释适当倍数后测定, 使 ΔA 小于 0.5 可提高检测灵敏度。计算公式中乘以相应稀释倍数。

PC 活性计算:

(1) 按样本蛋白浓度计算

单位定义: 每 mg 组织蛋白每分钟消耗 1nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

$$PC \text{ (nmol/min/mg prot)} = [\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (V_{\text{样}} \times C_{\text{pr}}) \div T = 1608 \times \Delta A \div C_{\text{pr}}$$

(2) 按样本鲜重计算

单位定义: 每 g 组织每分钟消耗 1 nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

$$PC \text{ (nmol/min/g 鲜重)} = [\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T = 1608 \times \Delta A \div W$$

(3) 按细菌或细胞密度计算:

单位定义: 每 1 万个细菌或细胞每分钟消耗 1 nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

$$PC \text{ (nmol/min/10}^4 \text{ cell)} = [\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (500 \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T = 3.215 \times \Delta A$$

$V_{\text{反总}}$: 反应体系总体积, 1×10^{-3} L; ϵ : NADH 摩尔消光系数, 6.22×10^3 L / mol / cm; d : 比色皿光径, 1cm;
 $V_{\text{样}}$: 加入样本体积, 0.05 ml; $V_{\text{样总}}$: 加入提取液体积, 1 ml; T : 反应时间, 2 min; C_{pr} : 样本蛋白质浓度, mg/ml; W : 样本质量, g; 500: 细菌或细胞总数, 500 万。

