

超氧化物歧化酶 (Superoxide Dismutase, SOD) 试剂盒说明书 (WST-8 法)

分光光度法 50 管/48 样

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

测定意义:

SOD (EC 1.15.1.1) 广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中, 催化超氧化物阴离子发生歧化作用, 生成 H_2O_2 和 O_2 。SOD 不仅是超氧化物阴离子清除酶, 也是 H_2O_2 主要生成酶, 在生物抗氧化系统中具有重要作用。

测定原理:

通过黄嘌呤及黄嘌呤氧化酶反应系统产生超氧阴离子($O_2^{\cdot-}$), $O_2^{\cdot-}$ 可与 WST-8 反应产生水溶性染料甲贲, 后者在 450nm 处有吸收; SOD 可清除 $O_2^{\cdot-}$, 从而抑制了甲贲的形成; 反应液黄色越深, 说明 SOD 活性愈低, 反之活性越高。

组成:

产品名称	SR010-50T/48S	Storage
提取液: 酸性提取液	60ml	4°C
试剂一: 液体	50ml	4°C避光
试剂二: 液体	300 μ l	4°C避光
试剂三: 液体	100 μ l	4°C
试剂四: 粉剂	2 瓶	4°C
试剂五: 液体	1.5ml	4°C
说明书	一份	

自备仪器和用品:

分光光度计、离心机、移液器、1ml 玻璃比色皿、研钵、冰和蒸馏水

粗酶液提取:

1、细菌、细胞或组织样品的制备:

细菌或培养细胞: 先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 按照细菌或细胞数量 (10^4 个): 提取液体积 (ml) 为 500~1000: 1 的比例 (建议 500 万细菌或细胞加入 1ml 提取液), 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 20% 或 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 8000g 4°C 离心 10min, 取上清, 置冰上待测。



组织：按照组织质量 (g) : 提取液体积(ml)为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 组织, 加入 1ml 提取液), 进行冰浴匀浆。8000g 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

2、血清 (浆) 样品: 直接检测。

测定步骤:

- 1、分光光度计预热 30min 以上, 调节波长至 450nm, 蒸馏水调零。
- 2、试剂三的稀释: 将试剂三用蒸馏水稀释 50 倍, 用多少配多少。(试剂三和蒸馏水 1: 49 稀释。
- 3、工作液配制: 在试剂一加入 250 μ l 试剂二, 充分混匀。配好的试剂 4℃避光可保存一周。(若一次性测定样本较少, 可按照实际用量将试剂一和试剂二按照 20ml: 0.1ml 的比例混匀配制)
- 4、将一瓶试剂四用 300 μ l 试剂五溶解后再加入 4.7ml 蒸馏水溶解 (溶解后一周内用完)。
- 5、样本测定 (在 1ml 玻璃比色皿中依次加入下列试剂)

试剂名 (μ l)	测定管	对照管
样本	50	
蒸馏水		50
试剂三 (稀释后)	50	50
工作液	800	800
试剂四	100	100

充分混匀, 室温静置 30min 后, 450nm 处测定各管吸光值 A。

注意事项:

- 1、试剂三为酶, 不可冷冻, 使用时在冰上放置。
- 2、对照管只需要做一管。
- 3、SOD 为什么有的样本测定管大于对照管, 对照管数值在什么范围?

对照管的范围是 0.8-2。对照管吸光值过低可能是 (1) 试剂三活性低, 可以适当减少稀释倍数; (2) 没有按顺序加试剂; (3) 反应时间不够, 可以延长反应时间 (反应时间 30min 可以延长到 40min)。对照管吸光值过高可能是试剂三未按操作说明书稀释相应倍数。

若出现测定管大于对照管, 可能是样本中杂质的影响太大, 为了降低杂质的影响一般将样本提取上清液用蒸馏水或提取液稀释 10 倍后再测, 通常可以使测定正常。计算公式中乘以相应稀释倍数。

SOD 活性计算:

1、抑制百分率的计算

$$\text{抑制百分率} = (A_{\text{对照管}} - A_{\text{测定管}}) \div A_{\text{对照管}} \times 100\%$$

尽量使样本的抑制百分率在 10-90% 范围内。如果计算出来的抑制百分率小于 10% 或大于 90%, 则通常需要调整加样量后重新测定。如果测定出来的抑制百分率偏高, 则需将样本用提取液适当稀释; 如果测定出来的抑制百分率偏低, 则需重新准备浓度比较高的待测样本。

2、SOD 酶活性单位: 在上述黄嘌呤氧化酶耦联反应体系中抑制百分率为 50% 时, 反应体系中的 SOD 酶活力定义为一个酶活力单位 (U/ml)。

3、SOD 酶活性计算:

$$(1) \text{血清 (浆) SOD 活性 (U/ml)} = [\text{抑制百分率} \div (1 - \text{抑制百分率}) \times V_{\text{反应}}] \div V_{\text{样}}$$

最终解释权所有 © 伊势久 (江苏连云港) 生物科技有限责任公司, 保留一切权利



$$=20 \times \text{抑制百分率} \div (1 - \text{抑制百分率})$$

(2) 组织、细菌或培养细胞 SOD 活力计算：

a. 按样本蛋白浓度计算

$$\begin{aligned} \text{SOD 活性(U/mg prot)} &= [\text{抑制百分率} \div (1 - \text{抑制百分率}) \times V_{\text{反总}}] \div (V_{\text{样}} \times \text{Cpr}) \\ &= 20 \times \text{抑制百分率} \div (1 - \text{抑制百分率}) \div \text{Cpr} \end{aligned}$$

需要另外测定，建议使用本公司 BCA 蛋白质含量测定试剂盒。

b. 按样本鲜重计算

$$\begin{aligned} \text{SOD 活性(U/g 鲜重)} &= [\text{抑制百分率} \div (1 - \text{抑制百分率}) \times V_{\text{反总}}] \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \\ &= 20 \times \text{抑制百分率} \div (1 - \text{抑制百分率}) \div W \end{aligned}$$

c. 按细菌或细胞个数计算

$$\begin{aligned} \text{SOD 活力(U/10}^4 \text{ cell)} &= [\text{抑制百分率} \div (1 - \text{抑制百分率}) \times V_{\text{反总}}] \div (500 \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \\ &= 0.04 \times \text{抑制百分率} \div (1 - \text{抑制百分率}) \end{aligned}$$

V 反总：反应体系总体积，1ml；V 样：加入反应体系中样本体积，0.05ml；V 样总：加入提取液体积，1 ml；
Cpr：样本蛋白质浓度，mg/ml；W：样本质量，g；500：细胞或细菌总数，500 万。

